

1. Endringer siden forrige versjon

Dokument nådd revisjonsdato. Enkelte presiseringer er lagt inn.

2. Hensikt og omfang

Anskaffelse, flytting og avhending av alle strålekilder (herunder røntgenapparater, akseleratorer, radioaktive kilder over unntaksgrensene i forskriftens vedlegg, MR, laser klasse 4 og IPL) skal meldes i Elektronisk melderegister (EMS) hos DSA ved anskaffelse. Strålekilden skal ikke tas i bruk før meldingen er mottatt av DSA.

Alle brukersteder skal ha oversikt over sine strålekilder, inkludert deres lokalisasjon, og omfatter også kilder som ikke er meldepliktige.

3. Ansvar

Linjeleder i samarbeid med strålevernkontakt må sikre at melding om anskaffelse blir sendt til sykehusets strålevernkoordinator, som sørger for registrering i EMS. Enkelte strålevernkontakter har egen tilgang til systemet, og kan melde inn direkte i EMS.

4. Fremgangsmåte

Alle relevante opplysninger om strålekilden sendes strålevernkoordinator ved bestilling. Strålevernkoordinator eller annen delegert person sørger for at utstyret/kilden blir korrekt registrert i EMS.

Ved nukleærmedisinsk virksomhet må utfyllende opplysninger suppleres ved kildens ankomst.

5. Definisjoner

Radioaktive kilder under unntaksgrenser i strålevernforskriftens vedlegg, og som ikke er godkjenningspliktige etter § 9 eller § 10, trenger ikke å meldes.

DSA: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

IPL: Intenst pulset lys.

6. Referanser

[Strålevernforskriften](#)