

Oppsummering fra novembermøte 2019

DSA åpnet møtet og ga en oversikt over aktuelle saker seksjon medisinsk strålebruk har jobbet med siste år.

Spesielt i år, var at en representant fra Helse- og omsorgsdepartementet også deltok. Representanten presenterte hvordan departementene styrer direktoratene, og spesielt DSA.

De ulike helseregionene presenterte sine arbeidsområder siste år. Flere aktuelle temaer engasjerte publikum, spesielt nevnes «En blyfri hverdag», et prosjekt for å konstruere god skjerming av operatør ved intervensjoner, som ikke hemmer operatøren i arbeidet og er enkelt og sette opp, og erfaringene rundt bygging av PET-senteret ved UNN, der det ble gjort oppmerksom på at strålevernkoordinatorer må være involvert, spesielt i prosessen ved bygging av fordrøyningstanker. Det ble også presentert et arbeid med å måle på skjerming av gonader, og i den forbindelse ble det nevnt et nordisk statement på temaet. Aktuell link:

<https://www.dsa.no/filer/e023de5224.pdf>

På programmet på novembermøte 2019 var temaet «Klinisk revisjon» satt opp spesielt. DSA presenterte kort kravet i strålevernforskriften, og hva som forstås med klinisk revisjon. Metoden er beskrevet, men hva er godt nok? Svaret fra DSA er at det viktigste med kliniske revisjoner er kvalitetsforbedring.

Tre helseforetak fortalte om sitt arbeid med kliniske revisjoner, og publikum fikk beskrevet et par eksempler på hvordan kliniske revisjoner kan gjennomføres. Ved håndsopprekning viste det seg at det er mange helseforetak som har gjennomført minst én klinisk revisjon, men det har vært vanskelig og tidkrevende å organisere arbeidet i helseforetakene. Til slutt informerte DSA om at HERCA vurderer å lage info med eksempler for å tydeliggjøre metodikken.